



LaserImage AB
Kyrkogatan 17
632 20 Eskilstuna

BESLUT

Vårt datum: 2010-02-23
Vår referens: SSM 2010/200
Er referens: Johan Lindell

Föreläggande om redovisning av rutiner för märkning av lasrar

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Laserimage AB (org.nr. 556777-5126) att senast den 31 mars 2010 för SSM skriftligen redovisa dokumenterade rutiner för hur företaget, genom märkning eller på annat lämpligt sätt, lämnar uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt i samband med attlasrar överlåtes eller upplåtes för att tas i bruk.

Ärendet

SSM genomförde den 20 januari 2010 en anmäld inspektion vid Göteborgsoperan med anledning av att lasrar används i operaföreställningen Trollflöjten. De båda lasrar som installerats och förmedlats av Adapt AB var inhyrda från Laserimage AB. Vid inspektionen observerades att lasrarna saknade märkning med laserklass, laservarningsmärke, varning för laserutgång, varningstext och information om bl.a. lasrarnas uteffekt och våglängd.

Skälen för beslutet

Av 10 § strålskyddslagen (1988:220) följer att den som tillverkar, till landet inför, överlåter eller upplåter en teknisk anordning som kan alstra strålning ska, när anordningen överlämnas för att tas i bruk, genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt.

Enligt 3 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:14) om lasrar ska lasrar vid överlåtelse för att tas i bruk vara utformade, klassificera-



de och märkta i enlighet med svensk standard SS EN 60825-1, utgåva 3, 2003 eller på annat sätt erbjuda likvärdig säkerhet.

Enligt 32 § strålskyddslagen får SSM meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Mot bakgrund av att de två lasrarna som omfattades av inspektionen uppvisade stora brister i märkningen ifrågasätter SSM om Laserimage AB uppfyller strålskyddslagens och laserföreskrifternas krav på märkning alternativt uppgiftslämning när det gäller övriga lasrar som används i företagets verksamhet. Föreläggandet omfattar därför samtliga lasrar som Laserimage AB överlåter eller upplåter för att tas i bruk.

Hur ett beslut överklagas

Se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Johan Friberg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit verksjurist Eva Waldenström samt utredare Martin Lindgren, den sistnämnde föredragande.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Johan Friberg

Martin Lindgren



Bilaga

Hur ett beslut överklagas

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm.

Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.